

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和6年4月16日

国立大学法人東京医科歯科大学

学長 田中 雄二郎

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13

○第3号

### 1 調達内容

(1) 品目分類番号 22、31

(2) 導入計画物品及び数量

人工心肺装置 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期

令和6年度1月以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

A 全てのポンプがバッテリーにて駆動できること。

B 安全機能である、圧力モニタ、貯血槽のレベル検知機能、気泡検知機能を有すること。

C 心筋保護装置機能を有すること。

D 日本体外循環医技術医学会（JaSECT）から発行されている、「人工心肺における安全装置設置基準」を遵守した機能を有すること。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 令和6年6月3日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

(2) 提供先 〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 東京医科歯科大学病院管理課新棟・再整備準備室調達・移転実施係 菊地 哲生 電話 03-5803-5410

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和6年4月16日から令和6年6月3日まで。

(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1) 開催日時 令和6年4月23日15時00分

(2) 開催場所 東京医科歯科大学病院管理課打合せ室(M&Dタワー1階)

5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

## 6 Summary

- (1) Classification of the products to be procured : 22, 31
- (2) Nature and quantity of the products to be purchased : Heart-Lung Machine  
1Set
- (3) Type of the procurement : Purchase
- (4) Basic requirements of the procurement :
  - A All pumps shall be able to be driven by battery alternatively.
  - B Safety features such as pressure monitoring, reservoir level detection function, and bubble detection function shall be provided.
  - C The device shall have the cardioplegia circulation function.
  - D The device shall have safety functions which comply with “Installation Standards of Safety Devices during Cardiopulmonary Bypass “ issued by The Japanese Society of Extra- Corporeal Technology in Medicine.
- (5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 3 June, 2024
- (6) Contact point for the notice : Tetsuo Kikuchi, Administration Section,  
Administration Division, Tokyo Medical and Dental University Hospital, 1-5-45  
Yushima Bunkyo-ku Tokyo 113-8519 Japan, TEL 03-5803-5410